

INSTRUÇÕES DE USO

DATA: 15/02/2022

REVISÃO: 00

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME COMERCIAL KIT SONDAGEM VESICAL PLUS AVANT CARE

Nº DO REGISTRO ANVISA: 82441209012

PRODUTO ESTÉRIL (X)SIM () NÃO

MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: ETO

VALIDADE: 02 ANOS

USO UNICO: PROIBIDO REPROCESSAR

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O kit Sondagem Vesical Plus é composto por:

- 01 Cuba redonda;
- 01 par de luvas Nitrílica;
- 01 Campo para cobertura de mesa;
- 01 Campo Cirúrgico Fenestrado;
- 10 compressas de gaze;
- 01 Seringa de 20ml;
- 01 Pinça modelo Pean ou Coração;
- 01 Sachê de gel lubrificante.

3. INDICAÇÃO DE USO

O kit é usado para a realização de cateterismo vesical de demora e/ou alívio. De acordo com a técnica de domínio do profissional de saúde.

4. INSTRUÇÃO DE USO

Abrir embalagem do produto com técnica asséptica. Dispor dos componentes do Kit para realizar o procedimento através da técnica de domínio do profissional. Para uso exclusivo do médico ou paramédico responsável.

5. FOTO DO PRODUTO



6. APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

O kit é embalado individualmente em involucro constituído de papel grau cirúrgico e posteriormente em caixas de papel contendo 06 peças.

7. CONDIÇÃO DE ARMAZENAGEM

O produto deve ser armazenado em sua embalagem original até o momento de sua utilização a fim de manter a sua esterilidade.

Armazenar o produto em local seco e fresco.

8. ADVERTÊNCIA E PRECAUÇÕES

- Verifique a integridade da embalagem antes de usar. Não utilizar se a embalagem estiver violada, danificada ou molhada.
- Inspeção previamente cada componente antes do uso. Se danificados, não utilize.
- Embalagem permite técnica asséptica de abertura.
- Manusear itens praticando a técnica asséptica a fim de evitar contaminação dos componentes.
- Produto de uso único, descartável, destruir após o uso. O descarte deve seguir as normas de biossegurança para lixo hospitalar contaminado e perfurocortante.
- Não há contraindicações conhecidas.

9. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE

Fabricante: VIVA CARE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 24.562.614/00002-06
Site: www.avantcare.com.br
Responsável Técnica: Talita Andressa de Carvalho CRF 54.199

Central de Relacionamento

Tel: 11 5049-1662 vendas@avantcare.com.br
Endereço: Rua Balão Mágico, 1040, Galpão 5, Jd. Rio Cotia, Cotia - SP, CEP: 06715-780